

Biopsietisch:	"Formular zur Vorbereitung eines Gerätetausches"	<input type="checkbox"/>
	Abnahme nach DIN 6868-163	<input type="checkbox"/>
	CDMAM-Prüfung nach QS-RL	<input type="checkbox"/>
	Bezugswerte nach DIN 6868-163	<input type="checkbox"/>
	Abnahme und Bezugswertfestlegung nach DIN 6868-157 des Monitors an der Modalität	<input type="checkbox"/>
	Sachverständigen-Prüfbericht	<input type="checkbox"/>
	Genehmigungsbescheid nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 und § 14 Abs. 3 StrSchG in Verbindung mit §1 BrKrFrühErkV der zuständigen Behörde	<input type="checkbox"/>

Beachten Sie bitte, dass der Einsatz der Tomosynthese im Rahmen der Abklärung ebenfalls genehmigungsbedürftig ist.

Um einen reibungslosen Start des Screening-Betriebs zu gewährleisten, senden Sie die Unterlagen bitte an: [tqs@referenzzentrum-berlin.de](mailto:tqs@referenzzentrum-berlin.de)